

MARCA : VIBRASOM

MODELO: AVS-500

Nº SÉRIE :

2996

FREQUÊNCIAS		VIA AÉREA - ISO 389-1						VIA ÓSSEA - ISO 389-3				RUÍDO BANDA ESTREITA - ISO 389-4					
NOMINAL	MEDIDA	SINAL ENTRADA	RESPOSTA ESPERADA	Med. DIR.	Corr. DIR.	Med. ESQ.	Corr. ESQ.	SINAL ENTRADA	RESPOSTA ESPERADA	Med.	Corr.	SINAL ENTRADA	RESPOSTA ESPERADA	Med. DIR.	Corr. DIR.	Med. ESQ.	Corr. ESQ.
Hz	Hz ± 3%	dB NA	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NA	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NA	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NPS	dB NPS
125	Ok	60	105,0 ± 3	105,8	105,8	105,7	105,7	—	—	—	—	60	109,0 ± 3	109,0	109,0	108,0	108,0
250	Ok	60	85,5 ± 3	86,2	86,2	86,6	86,6	40	88,6 ± 3	88,4	88,4	60	89,5 ± 3	89,0	89,0	88,0	88,0
500	Ok	60	71,5 ± 3	72,0	72,0	72,7	72,7	40	79,7 ± 3	79,5	79,5	60	75,5 ± 3	76,0	76,0	75,0	75,0
750	Ok	60	67,5 ± 3	67,7	67,7	67,8	67,8	40	70,4 ± 3	70,3	70,3	60	72,5 ± 3	73,0	73,0	73,0	73,0
1000	Ok	60	67,0 ± 3	68,0	68,0	68,4	68,4	40	64,6 ± 3	64,7	64,7	60	73,0 ± 3	73,0	73,0	73,0	73,0
1500	Ok	60	66,6 ± 3	67,4	67,4	67,2	67,2	40	59,1 ± 3	59,6	59,6	60	72,6 ± 3	72,0	72,0	72,0	72,0
2000	Ok	60	69,1 ± 3	70,1	70,1	70,6	70,6	40	54,4 ± 3	54,2	54,2	60	75,1 ± 3	75,0	75,0	74,0	74,0
3000	Ok	60	70,4 ± 3	71,4	71,4	71,0	71,0	40	54,9 ± 3	54,7	54,7	60	76,4 ± 3	76,0	76,0	76,0	76,0
4000	Ok	60	70,1 ± 3	71,7	71,7	71,8	71,8	40	60,4 ± 3	60,7	60,7	60	75,1 ± 3	75,0	75,0	75,0	75,0
6000	Ok	60	76,2 ± 5	77,9	77,9	77,7	77,7	40	57,3 ± 5	57,2	57,2	60	81,2 ± 5	82,0	82,0	81,0	81,0
8000	Ok	60	72,8 ± 5	72,5	72,5	72,0	72,0	40	53,2 ± 5	53,1	53,1	60	77,8 ± 5	77,0	77,0	78,0	78,0
—	WN	60	60,0 ± 3	60,0	60,0	60,0	60,0	← Ruído Banda Larga →				SN	60	80,0 ± 3	80,0	80,0	80,0

ACESSÓRIOS :

VIBRADOR ÓSSEO

FONES VIA AÉREA

— B71: OK

— TDH-39 DIR: C459358

— TDH-39 ESQ: C459359

— Mic Paciente: OK

- Fone Operador: OK

— Pêra de Resp.: N/D

— Mic Operador: OK

— Distorção Harmônica Total ≤ 3 %

— Temperatura: 20,7 °C

— Umidade: 45 %

— **Obs:** — Este aparelho foi avaliado e seus parâmetros encontram-se de acordo com os padrões especificados.

Solicitante:

CLÍNICA DO TRABALHO LTDA -ME
Rua Lúcio Meira, 260 - Centro
25953-000 - Teresópolis - RJ

PADRÕES ADOTADOS: ISO 8253-1 e ISO 389 (1994)

TOLERÂNCIAS ADMITIDAS: IEC 60645-1 - INCERTEZA DAS MEDIÇÕES: ± 0,8dB

Realizado por:

Audiosonic Equipamentos Médicos Ltda

Laboratório de Calibração

R. Cel José Justino, 688 Lj 36 - Centro

37470-000 - São Lourenço - MG - Tel: (35) 3339-2350

DATA: 24 de julho de 2020

VALIDADE: 24 de julho de 2021

Responsável:

LUIS ANTONIO VIEIRA GOULART

TÉCNICO RESPONSÁVEL

CREA-MG 8019

Luis Antônio Vieira Goulart
Técnico em Eletrônica
CREA-MG 8019



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO **Audiômetros**

Nº 1126/2020

Instrumento	Fabricante	Modelo	Série	Certificado	
				Nº Data	Origem
Medidor de Nível Sonoro	Brüel & Kjær	2250	2575739	109.108 23/10/2019	CHROMPACK RBC
Calibrador Acústico	Brüel & Kjær	4231	2677737	109.067 23/10/2019	CHROMPACK RBC
Microfone	Brüel & Kjær	4144	2559026	109.083 23/10/2019	CHROMPACK RBC
Mastóide Artificial	Brüel & Kjær	4930	2682019	1667/2019 04/12/2019	Laeta - DIMCI INMETRO